

جمع عينات الكورتيزول اللعابي

لا حاجة للحجز

عربي | Arabic



ابحث عن المواقع

إذا لم يتم تبريد عينة اللعاب أو تأخر تسليمها إلى مختبر باث ويست، فقد تتكاثر البكتيريا الموجودة فيها. وهذا قد يؤثر على نتائجك، وقد يُطلب منك إعادة الاختبار.



كان من المفترض أن يتم تزويدك بأنبوب ساليفيت® لعينتك. إذا كان الأنبوب مكسوراً، فيُرجى طلب أنبوب جديد.

معالجة العينات وتخزينها وتسليمها

إذا كنت في مركز تجميع
ضع الحاوية في الكيس
البلاستيكي المرفق وسلمها
لأحد الموظفين

إذا كنت تقوم بجمع عينة في
المنزل

إذا لم يكن من الممكن
إرجاعها على الفور، أو إذا كان
عليك جمع عدة عينات من
اللعاب، فيجب عليك
الاحتفاظ بجهاز Salivette®
في الثلاجة.



١ قم بجمع عينة من اللعاب في الساعة 11 مساءً، ما لم يحدد طبيبك وقتاً مختلفاً.

لا:

- تناول الطعام أو الشراب لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الاستلام
- نظف أسنانك بالفرشاة أو الخيط قبل جمع العينة
- اجمعها عندما تكون مريضاً أو متوتراً للغاية.

٢ افتح عبوة ساليفيت® وأخرج المسحة

٣ امضغ المسحة برفق لمدة دقيقتين على الأقل حتى لا تتمكن من منع نفسك من ابتلاع اللعاب الزائد - يجب أن تكون المسحة مشبعة.

٤ أعد المسحة إلى داخل عبوة ساليفيت® وأغلق السدادة بإحكام

٥ اكتب اسمك وتاريخ ميلادك وتاريخ ووقت جمع البيانات على الجزء الخارجي من جهاز ساليفيت باستخدام قلم تحديد.

٦ ضع جهاز ساليفيت® في كيس تجميع باث ويست واحفظه في الثلاجة.

٧ أعد جهاز ساليفيت® إلى المختبر في يوم العمل التالي.

تنويه: هذا المنشور لأغراض التنقيف والإعلام العام. يُرجى استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل للحصول على أي نصيحة طبية مطلوبة.
© ولاية غرب أستراليا. مختبر باث ويست للطب في غرب أستراليا 2026